

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

၂' ခေမိကိယိ: အေ သံသယေ 127 အံ. ဟေ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

የፎቅ ልክ ሁሉም ገጽ : ጥፋት ይገኛል ስለዚህ ስለሚገኝ ሁሉም ገጽ ጥፋት 18,34400 ሲሆን ለፊት ገጽ

[illegible]

၄ နေ့ပိတ်ရမည် : 08/10/2014

၄၉/၁၀၂၃၂၄ ၁၀၀၀ ပဲခူး : ၈/၁၀/၂၀၁၄

08/10/2014

[illegible]

အမှတ် : 24410437

$\pi_{\tilde{U}^{\text{red}} \times \tilde{U}^{\text{red}}} : \pi_1(\tilde{B}) \rightarrow \pi_1(\tilde{E})$

မိမိတို့၏ နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိခိုက်စေရန် နှိုးဆော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အောက်ပါ အချက်များကို ထောက်ပြနိုင်ပါသည်။

පරිච්ඡේදය	පරීක්ෂණය	ප්‍රමාණය	ප්‍රතිඵලය	සීමාව
1. පිපිටි පිපිටි පිපිටි	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3% පිපිටි පිපිටි	19
2. පිපිටි පිපිටි පිපිටි	ISO 6222:1999	cfu/ml	0.3% පිපිටි පිපිටි	25
3. පිපිටි පිපිටි පිපිටි	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

U, L, e, l, E, A, H, Z

[illegible][illegible][illegible]

Kevin

ထူးတော် နှစ်ဆယ့်နှစ်

DVM, ၃ ဆု ရှိသောအားဖြင့် - ၂ ခုရရှိသောအားဖြင့် MSc

A' ခပ်ပျဉ်းဒေအ်ကိတ် ဝေပျံင်ဂဒ်ပျံင်

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပြုမိမ့် ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.



Σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (Ν. 115 27)

Το παρόν έγγραφο Αφ. Πρωτοκόλλου 127 Α/ 2014 εκδόθηκε στις 14/10/2014

Τηλ: +30 210 7470500-502 Α/ 2014: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Εξέταση Αφ. ΥΑΠ : **Αφ. ΥΑΠ 307 ΑΕΕΥ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΟ 18, 34400, ΟΥΔΕΝΕΣ ΑΠΟΒΕΒΑΙΕΣ**

Το παρόν έγγραφο Αφ. Πρωτοκόλλου 127 Α/ 2014 εκδόθηκε στις 14/10/2014

Ημερομηνία έκδοσης : 08/10/2014

Ημερομηνία έκδοσης : 8/10/2014

Ημερομηνία έκδοσης : 08/10/2014

Ημερομηνία έκδοσης : 8/10/2014

Τηλ. Κέντρο Συνδρομών : 14-0468-006-0437-02

Τηλ. Κέντρο Συνδρομών : 14-0468-006-0437-02

Τηλ. Κέντρο Συνδρομών : 14-0468-006-0437-02

Μετρώμενη ποσότητα	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα
Εργαστηριακή ανάλυση (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
Εργαστηριακή ανάλυση (εS/cm) - 25°C	ISO 7888:1995	εS/cm	-	< 2500	562
Εργαστηριακή ανάλυση (FNU)	ISO 7027:1999	FNU	-	-	0.31
Εργαστηριακή ανάλυση (mg/l Pt)	ISO 7887	mg/l Pt	-	-	<5
Εργαστηριακή ανάλυση (Bj)	Bj	Bj	-	-	1
Εργαστηριακή ανάλυση (Bj)	Bj	Bj	-	-	1
Εργαστηριακή ανάλυση (mg/l)	ISO 7393-2:1985	mg/l	-	-	<0.05
Εργαστηριακή ανάλυση (mg/l)	ISO 7150-1:1984	mg/l	-	< 0.5	<0.03

ΠΡΟΣΤΑΥΤΟ

1. Βεβαιώνεται ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (Ν. 115 27) και το Ν. 127 Α/ 2014 (Ν. 147 2014) και ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (Ν. 115 27) και το Ν. 127 Α/ 2014 (Ν. 147 2014).

2. Το παρόν έγγραφο Αφ. Πρωτοκόλλου 127 Α/ 2014 εκδόθηκε στις 14/10/2014 και είναι έγκυρο για την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (Ν. 115 27) και το Ν. 127 Α/ 2014 (Ν. 147 2014).

Β. Τ. Π. Κέντρο Συνδρομών
Τηλ. Κέντρο Συνδρομών

Μ. Τ. Κέντρο Συνδρομών
DVM, Τηλ. Κέντρο Συνδρομών

Το παρόν έγγραφο Αφ. Πρωτοκόλλου 127 Α/ 2014 εκδόθηκε στις 14/10/2014 και είναι έγκυρο για την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (Ν. 115 27) και το Ν. 127 Α/ 2014 (Ν. 147 2014).

Το παρόν έγγραφο Αφ. Πρωτοκόλλου 127 Α/ 2014 εκδόθηκε στις 14/10/2014 και είναι έγκυρο για την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (Ν. 115 27) και το Ν. 127 Α/ 2014 (Ν. 147 2014).